

ZMS - SLUŽBY s.r.o.
Závodná 459
027 43 NIŽNÁ

IČO: 36407411
Tel.: 043/5324718
Fax: 043/5324717

KALIBRAČNÉ LABORATÓRIUM

Protokol č.: 13/20/E list 1

Žiadateľ: REVEZ - K s.r.o.

Adr.: Veselá ulica 1849/24

Č. objed.: 01/2020

034 01 LIPTOVSKÉ SLIAČE

Predmet: Vysokonapäťová prierazová skúšачka káblov

Výrobca: seba KMT

Typ: EASYTEST 20kV

Výr.č.: 2331910004

Evid.č.:

Podmienky merania:

merania sa vykonávajú v kalibračnom laboratóriu
v súlade s Príručkou kvality laboratória

Zvláštne metodiky:

Podmienky kalibrácie:

Teplota okolia: $21 \pm 1^\circ\text{C}$
Relatívna vlhkosť: $65 \pm 5\%$
Menovité napájacie napätie: $230\text{ Vef} \pm 1\text{ Vef}$

Definované parametre:

Vid. techn. popis

Výsledky merania:

Vid. protokol

Z á v e r : Prístroj vyhovuje technickým podmienkam

Použité prístroje:

HPE-Kalibrátor DATRON 4707 v.č. 19065.4
č.certif. SMU 04494-650-021-17
SMU 00009-650-023-18
PE - Vn delič KIKUSUI 987 v.č. 1210004

Počet kontr.parametrov: 21

Meral: Ing. Varhol Jaroslav

Schválil: ved. OM Žuffa Tomáš ing.

Hraničné: 0

ZMS - SLUŽBY, s.r.o.

prešovka Nižná

Závodná 459

027 43 NIŽNÁ

Nevyhovujúce: 0

Dátum: 13. 01. 2020

